


Résultat de votre auto-test pour le VIH


GetaKit est neutre. Ceci veut dire qu'on vous offre du soutien que votre résultat soit positif ou négatif.




UN POINT BLEU EN HAUT



DEUX BLEUS POINTS



AUTRES RÉSULTATS



NÉGATIF

- Rapporter votre résultat sur GetaKit.ca
- Répéter votre test dans 3 mois après votre contact à risque.

POSITIF

- Rapporter votre résultat sur GetaKit.ca
- Un résultat positif est considéré comme un diagnostic préliminaire et doit être confirmé par une prise de sang.

NON VALIDE

- Rapporter votre résultat non valide sur GetaKit.ca
- Commander un nouveau kit.
- Si votre test est non valide une deuxième fois, un test sanguin pour le VIH est recommandé.